



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
İZMİR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI SATIN ALMA TALEP FORMU

Sayfa No: 5/6

Laboratuvar /
Birim: Viroloji (Covid19)

0,1 mikrolitrelik mikrotüp

1. Mikrotüp, 0,1 mikrolitrelik olmalıdır.
2. Mikrotüp, ince duvarlı olmalıdır.
3. Mikrotüp, DNase, RNase ve pyrogen free özellikte olmalıdır.
4. Mikrotüpün kutusunda/poşetinde, 1000 adet tüp ve sızdırmaz kapak bulunmalıdır.
5. Qiagen Rotor gene marka PCR cihazına uyumlu olmalıdır.

Simin CERAN AMİRHİZİ
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Diploma No: 2000-2996

Sağlık Tale
Cemal Bılgıncı

F:04/ KY

Yayın Tarihi / No: 20.06.2012 /00

Rvizyon Tarihi / No: 14.01.2019/01

CamScanner ile tarandı